

# マルチチャンネル分光器

キーワード: 分光スペクトル

メーカー: 浜松ホトニクス(株)

型式: PMA-11, PMA-12, PMA-50

測定項目: 分光スペクトル測定

主な仕様及び特長:

光源, 蛍光, プラズマなどの発光スペクトルの測定が可能です. PMA-11, PMA-12では350 ~ 1100 nmの波長範囲での簡便な測定が可能です. PMA-50では0.1 nm以下の高い波長分解能での測定が可能です. 冷凍機と組み合わせることで5 K付近の低温での蛍光スペクトル測定も可能です.



設置場所: 地域共同テクノセンター2階

担当者: 電気電子工学科 岡本保

連絡先: 0438-30-4100, okamoto @e.kisarazu.ac.jp