

オパシメータ

キーワード: 煙濃度計測

メーカー: 理研計器

型式: ROP-1

測定項目: 燃焼排出ガス中の光透過度

主な仕様及び特長:

排出ガスの光透過度からスモーク濃度を算出するオパシ方式でリアルタイムに計測します。小型・軽量で持ち運びも可能です。自動車検査用機械器具技術基準適合品。



設置場所: 実験実習棟 熱工学実験室

担当者: 機械工学科 伊藤裕一

連絡先: 0438-30-4090, itoh @ m.kisarazu.ac.jp